

	HOJA DE VIDA EQUIPOS			
	CODIGO INT-FOR-22	VERSION 3	FECHA 19-11-2020	PÁGINA 1 DE 2

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPO	
	Nombre del Equipo: PM 2.5
	Ubicación del equipo: Equipo alquilado, A&L
	Marca: BGI - MESALABS
	Modelo: PQ200
	Serie: 02451
	Software: SI _x_ NO __ Versión:
	Fecha de puesta en funcionamiento: N/A
Comprobación Inicial Equipo: Conforme ☒ No Conforme ☐	
DATOS DEL PROVEEDOR	
Fabricante y Lugar de origen:	NA
Fecha de adquisición:	N/A
Nombre de proveedor y Dirección:	A&L Consultoría SAS Carrera 27ª No.77-64
Datos de contacto E-mail, teléfono:	Alexander Aguilera ailconsultoriasas@gmail.com Tel: 523 77 00 - 3204742600
Posee catálogo de manejo u operación:	SI
Mantenimiento indicado por el fabricante:	N/A
CARACTERÍSTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO	
Medición a realizar:	Medición de calidad del aire
Resolución:	Handbook
Exactitud:	2 µg/m³
Frecuencia de Calibración:	Calibración inicial en el sitio de muestreo antes de iniciar campaña de monitoreo
Frecuencia de Verificación:	Según uso
Patrones:	Verificación de flujo – Delta Cal
Garantía:	SI ____ NO ☒ ____
	Fecha de Inicio ____ Fecha de Terminación ____

	HOJA DE VIDA EQUIPOS			
	CODIGO INT-FOR-22	VERSION 3	FECHA 19-11-2020	PÁGINA 2 DE 2

CONTROL DE ACTIVIDADES					
C: Calibración, V: Verificación, M: Mantenimiento.					
FECHA	C	V	M	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
26/10/2021		x		Verificación general del equipo	A&L Consultorías S.A.S

SEGUIMIENTO HORAS DE USO EQUIPOS DE MEDICIÓN				
FECHA INICIO MONITOREO	FECHA FIN MONITOREO	CÓDIGO	PROYECTO	HORAS TOTALES DE USO