

Bogotá D.C 12 enero 2021

Señores.:
GEOCAM INGENIERIA S.A.S.
BOGOTÁ D.C

REF: CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS RECPTORES MARCA HEMISPHERE MODELO S321 DI 745-02844-01-075- SN: DI 745-02844-01-038

DISSMAN INGENIERIA S.A.S. CERTIFICA que los equipos en mención han sido sometidos al proceso de calibración metrológica directamente en fabrica, teniendo como referencia los estándares de calidad internacional según la norma ISO 9001. Establecidos para demostrar y asegurar el sistema de calidad en fabricación y mantenimientos de un producto. Por lo que no requiere una nueva calibración antes de su primer uso.


De acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo:

Table C-2 Performance

Mode	Spacification	
	Horizontal	Vertical
RTK Performance	8mm + 1 ppm	15mm + 1 ppm
Static Performance (Long Occupation)	3mm + 0.1 ppm	3.5mm + 0.4 ppm
Static Performance (Rapid Occupation)	3mm + 0.5 ppm	5mm + 0.5 ppm
L/Band Performance	0.08m	0.16m
SBAS Performance	0.3 m	0.6 m
Automonues. no SA	1.2 m	2.4 m

Esta Certificación tiene una validez de un (1) año a partir de la fecha.

Atentamente,



Ing. Ángel Eduardo Rige R.
Departamento Técnico
Dissman Ingeniería SAS
taller@dissmaningenieria.com
Bogotá D.C